

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТЪРГОВИЩЕ” АД
гр. Търговище, кв. “Запад” тел. 0601 6 88 88, факс 6 48 64



e-mail: mba1 trg@mail.bg

Intertek

Изх.№04-13-01-32/12.11.2014 г.

Във връзка с открита процедура по ЗОП с предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на рентгенова тръба, съвместима с наличен компютърен томограф SIEMENS – Somatom emotions S/N 78551”, получено запитване и на основание чл.29, ал.1 и 2 от Закона за обществените поръчки даваме следните разяснения:

Не е допустимо оферирание на рентгенова тръба втора употреба.

ИЗП.ДИРЕКТОР:.....
/Д-Р ИВАН СВЕТУЛКОВ/

